

ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора

Адрес фактический: 115478, Москва, Каширское шоссе, д. 24, стр. 16

Журнал регистрации результатов анализа и оценки
цитотоксического действия экстрактов и вытяжек из
медицинских изделий

Стр. 1 из 27

Журнал регистрации результатов анализа и
оценки цитотоксического действия
экстрактов и вытяжек из медицинских
изделий
к.321

№ 09.8-53

Начат: 20. 08. 2025 г.

Окончен: _____

Ответственный:

Батоев Ц.Б.

(ФИО)


(Подпись)

К ведению журнала допущены:

Комарова К.С.

(ФИО)


(Подпись)

Коробейникова М.О.

(ФИО)


(Подпись)

Сафонова С.А.

(ФИО)


(Подпись)


Осипова Т.С.

(ФИО)


(Подпись)

Чайкина В.А.

(ФИО)


(Подпись)

**Журнал регистрации результатов анализа и оценки цитотоксического действия экстрактов и вытяжек из
медицинских изделий**

Стр. 16 из 27

Дата начала и окончания эксперимента	Номер вытяжки/экстракта	Результат теста МТТ (%погибших клеток)				Уровень токсичности, баллы	Оценка результатов	Подпись
		Отрицательный контроль	Положительный контроль	Клеточный контроль	Образец			
3.10.25-	PD-25-207/01	11,7	84,9	0	2,0	0	07с.	
1.10.25	PD-24-318/01/1	11,7	84,9	0	0	0	07с.	
	PD-24-318/01/2	11,7	84,9	0	5,7	0	07с.	
5.11.25-	ГЗ-25-620	11,9	82,6	0	0	0	07с.	
1.11.25	ГЗ-25-621	11,9	82,6	0	0	0	07с.	
	ГЗ-25-622	11,9	82,6	0	0,6	0	07с.	
	ГЗ-25-623	11,9	82,6	0	0	0	07с.	
	ГЗ-25-625	11,9	82,6	0	4,7	0	07с.	
	ГЗ-25-626	11,9	82,6	0	5,7	0	07с.	
	ГЗ-25-627	13,8	83,5	0	0	0	07с.	
	ГЗ-25-628	13,8	83,5	0	5,3	0	07с.	
	ГЗ-25-631	13,8	83,5	0	8,5	4	07с.	
	PD-23-169/12-01	13,8	83,5	0	14,5	1	07с.	
	PD-24-080/40/1	13,8	83,5	0	5,4	1	07с.	
	PD-24-080/40/2	13,8	83,5	0	13,2	1	07с.	
11.25-	ГЗ-25-629	14,8	85,1	0	50,1	4	кар.	
11.25	ГЗ-25-630/1	14,8	85,1	0	0	0	07с.	
	ГЗ-25-630/2	14,8	85,1	0	0	0	07с.	

ответственный: Батоев Ц.Б.

контроль: Туртыгин А.В.

Подпись

Подпись

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛИРУЕМЫМ

Журнал регистрации результатов анализа и оценки цитотоксического действия экстрактов и вытяжек из
медицинских изделий

Стр. 17 из 27

Дата начала и окончания спермента	Номер вытяжки/экстракта	Результат теста МТТ (%погибших клеток)					Уровень токсичности, баллы	Оценка результатов	Подпись
		Отрицательный й контроль	Положительный й контроль	Клеточный контроль	Образец				
11.25-	ГЗ-25-630/3	14,8	85,1	0	0	0	0	отс.	
11.25	PD-25-306/01/12	14,8	85,1	0	0	0	0	отс.	
	PD-23-534/06/1-9	10,7	86,6	0	0	0	0	отс.	
	PD-25-318/01/1	10,7	86,6	0	0	0	1	отс.	
	PD-25-318/01/2	10,7	86,6	0	2,2	1	1	отс.	
	PD-25-318/01/3	10,7	86,6	0	0	1	1	отс.	
11.25 -	ГЗ-25-629	16,6	88,0	0	80,5	4	4	нел.	
11.25	PD-24-080/13/1-4	16,6	88,0	0	0	0	0	отс.	
	PD-25-192/02/2	16,6	88,0	0	8,1	2	2	отс.	
	PD-25-192/02/3	16,6	88,0	0	28,7	3	3	отс.	
	PD-23-326/23/2	16,6	88,0	0	0	0	0	отс.	
	PD-25-073/01/1	21,3	87,2	0	0	0	0	отс.	
	PD-25-073/01/2	21,3	87,2	0	0	0	0	отс.	
	PD-24-276/01/1	21,3	87,2	0	18,0	0	0	отс.	
	PD-24-276/01/2	21,3	87,2	0	0	0	0	отс.	
	PD-24-276/01/3	21,3	87,2	0	0	0	0	отс.	
	PD-24-276/01/4	21,3	87,2	0	0	0	0	отс.	

ответственный: Батоев Ц.Б.

контроль: Туртыгин А.В.

Подпись

Подпись

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛИРУЕМЫМ

Журнал регистрации результатов анализа и оценки цитотоксического действия экстрактов и вытяжек из
медицинских изделий

Дата начала и окончания эксперимента	Номер вытяжки/экстракта	Результат теста МТТ (%погибших клеток)				Уровень токсичности, баллы	Оценка результатов	Подпись
		Отрицательный контроль	Положительный контроль	Клеточный контроль	Образец			
2.11.25-	ГЗ-25-641	19,8	90,4	0	0	0	от.	<i>А.В. Батоев</i>
3.11.25	РД-25-013/01	19,8	90,4	0	0	1	отс.	<i>А.В. Батоев</i>
	РД-23-388/13/1	19,8	90,4	0	0	1	отс.	<i>А.В. Батоев</i>
	РД-23-388/13/2	19,8	90,4	0	0	1	отс.	<i>А.В. Батоев</i>
	РД-22-028/08	19,8	90,4	0	14,2	4	отс.	<i>А.В. Батоев</i>
	ГЗ-25-622	19,8	90,4	0	89,2	4	нал.	<i>А.В. Батоев</i>
2.11.2025-	РД-25-174/05/14	24,8	89,6	0	0	0	отс.	<i>А.В. Батоев</i>
1.11.2025	РД-22-024/33/1	24,8	89,6	0	0	0	отс.	<i>А.В. Батоев</i>
	РД-22-024/33/2	24,8	89,6	0	0	0	отс.	<i>А.В. Батоев</i>
	РД-25-211/02	24,8	89,6	0	0	0	отс.	<i>А.В. Батоев</i>
	РД-25-062/01	24,8	89,6	0	0	0	отс.	<i>А.В. Батоев</i>
	РД-25-196/01	24,8	89,6	0	0	0	отс.	<i>А.В. Батоев</i>
	РД-24-001/03	24,8	89,6	0	0	0	отс.	<i>А.В. Батоев</i>
	РД-25-622	24,8	89,6	0	0	0	отс.	<i>А.В. Батоев</i>
	РД-25-640	24,8	89,6	0	0	0	отс.	<i>А.В. Батоев</i>
1.11.2025-	РД-23-459/06-01/1	12,8	92,2	0	18,5	0	отс.	<i>А.В. Батоев</i>
11.2025	РД-23-459/06-01/2	12,8	92,2	0	8,0	0	отс.	<i>А.В. Батоев</i>
	РД-23-459/06-01/3	12,8	92,2	0	25,3	0	отс.	<i>А.В. Батоев</i>

Тех. описание: РД-25-622 21.11.25 Каширское

Ответственный: Батоев Ц.Б.

Контроль: Туртыгин А.В.

Подпись

Подпись

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛИРУЕМЫМ

[illegible]

ответственный: Батоев Ц.Б.

Контроль: Туртыгин А.В.

Подпись

Подпись

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛИРУЕМЫМ

Прошито, пронумеровано
27 (двадцать семь) листов(а)

Заведующий Лабораторией
химико-токсикологических
исследований медицинских изделий
Туртыгин А.В.

